

Gynaecologische cytologie

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| Document type: | Laboratoriumgids / LG | Document subtype: | . |
| Doelgroep: | Labo PO | Subdoelgroep: | . |
| Auteur: | Annick Moors | Keurder: | Hanne Beerten |
| Geldig van: | 04/01/2021 | Geldig tot: | 04/01/2024 |
| Document-nr: | PO-LG4-0030 | Versie-nr: | 4.0 |
| Campus: | Alle | Bekrachtiger: | Sabine Fransis |

1. Type aanvraagformulier

- Aanvraagformulier cervicovaginale cytologie.
- Ofwel aanvragen via het elektronisch patiëntendossier (EPD) in HIX. Dit formulier kan men uitprinten en meegeven met het staal (enkel interne artsen ZOL).

2. Uitvoerfrequentie

- Het techniceren van deze stalen gebeurt bijna dagelijks (uitgezonderd weekenden en feestdagen).

3. Antwoordtijd

- De tijd tussen ontvangst van het staal en het verslag duurt 3 werkweken. Wanneer een snellere antwoordtijd gewenst is, gelieve dan 'dringend' te vermelden op het aanvraagformulier.
- De antwoordtijd kan langer dan 3 werkweken zijn bij:
 - Een tweede lezing door een andere patholoog. Dit volgt in een apart verslag.
 - Het resultaat van een HPV typering. Hiervan volgt een aanvullend verslag.

4. Afname instructies

- Afname materiaal: Cervex-brush en Cervex-brush Combi en recipiënt met fixatief (Surepath™ Vial). De afname gebeurt met een door ons geleverde CervexBrush®, eventueel aangevuld met de endocervixbrush bij patiënten met een smal ostium. Deze kan besteld worden via de bestellijst van de dienst Pathologische Ontleedkunde.
- De CervexBrush® brengt men in de cervix, waarbij het puntige gedeelte de endocervix bereikt en het brede gedeelte van de borstel de exocervix. Men dient de borstel 5x rond te draaien in wijzerzin.
- De Cervix-brush Combi brengt men in de cervix, waarbij het puntige gedeelte de endocervix en het brede gedeelte van de borstel de exocervix bereikt. Men dient de borstel 2x rond te draaien in wijzerzin. De Cervix-brush Combi mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
- Het borsteltje in de grootste opening brengen en vervolgens een kwart draaien en aan de zijkant de steel lostrekken. Zo hoeft men het borsteltje niet meer met de hand los te maken, de schroefdeksel goed sluiten.



New BD SurePath vial

Now even more Easy Sample Collection

- 1. Collect**
Collect the cytology sample using either a broom-like device or combination brush/plastic spatula with detachable heads. Follow manufacturer's collection instructions for detachable-head device(s).
- 2. Drop**
Use the interior rim of the new BD SurePath™ Collection Vial† to pull off the head of the broom-like device or snap the heads of the brush and spatula into the large opening in the collection vial.
- 3. Send**
Place the cap on the vial and tighten. Remove the top barcode and place on the requisition form to ensure positive sample identification. Send the BD SurePath™ Collection Vial to the lab for processing.





BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. ©2013 BD 960-06380-00 (02) 05/13



- Het is verplicht om volgende velden in te vullen:
 - Herkomst van het staal: cervix of vaginakoepel
 - Onderzoek: preventief, preventief binnen 3 kalenderjaren op verzoek van de patiënt (voor eigen rekening van de patiënt) of diagnostische/therapeutische follow-up.
 - De datum van het vorig uitstrijkje
 - Voorgeschiedenis
 - Klinische gegevens: De laatste menstruatie (minder of méér dan 2 weken geleden) en eventuele hormonale substitutie bij post-menopauzale patiënten. De expliciete vraag om een HPV-bepaling te doen op verzoek van de patiënt/arts buiten de terugbetalingsmodaliteit.

5. Transport

- De aanvragende arts is verantwoordelijk voor het verpakken van het staal en dient ervoor te zorgen dat het staalpotje goed gesloten is en niet beschadigd is om lekken / morsen te voorkomen tijdens het vervoer.
- De recipiënten moeten voorzien zijn van een correcte identificatie en vergezeld van een volledig ingevuld aanvraagformulier. Interne stalen liefst in de daarvoor voorziene bakjes (ZOL) of transportzakjes (ZMK). Externe stalen (alle externe campussen van het ZOL en huisartsen) samen met het aanvraagformulier in een transportzakje.
- Gefixeerde weefselstalen kunnen bewaard worden op kamertemperatuur. Het staal blijft gedurende 4 weken stabiel op kamertemperatuur (15-30°C) en gedurende 6 maand in de koelkast (2-10°C).
- Opsturen naar:
Ziekenhuis Oost-Limburg
Campus St. Jan

Dienst Pathologische Ontleedkunde
Schiepse Bos 6
3600 Genk

- Openingsuren: 8u00 tot 18u00.
Tijdens weekenden en feestdagen is de dienst gesloten. Stalen kunnen dan in de kast in het SAS (A0.47) gestockeerd worden.

6. **Methode**

- De cytologie stalen worden via de Totalys SlidePrep verwerkt tot dunnelaagpreparaten die gekleurd worden met een Papanicolaou kleuring.
- Indien HPV typering nodig is, wordt het staal doorgestuurd naar de dienst Klinische Biologie van het ZOL. Rapportering van het resultaat van deze test gebeurt vanuit de dienst Klinische Biologie. Het resultaat wordt ook als een aanvullend verslag geïntegreerd in het verslag van de patholoog.

Revisie overzicht

| | | |
|------------|------------------|---------|
| dd-mm-jjjj | Creatie document | V. Naam |
|------------|------------------|---------|