

Voorbeeldvragen module F: Kwaliteitsborging

Prof.dr. Hilde Bosmans

Soms zijn er meerdere antwoorden of zelfs alle antwoorden correct

1) De x-stralendosis die een patiënt per jaar kan krijgen is:

- a) 20 mSv
- b) 100 mSv
- c) de DRL
- d) voor patiënten bestaan er geen limieten

2) Wat beperkt de dosis van de patiënt in CT?

- a) buisstroommodulatie voorgeprogrammeerd
- b) goede opleiding (alle opties van het toestel kennen)
- c) centreren van de patiënt
- d) deelnemen aan dosisstudies

3) Waarvoor kan men een 'skin dose map' gebruiken?

- a) om te kijken hoe hoog de maximale geaccumuleerde dosis is die op de huid is terechtgekomen
- b) om te beslissen of de patiënt moet geïnformeerd worden over eventuele huidletsels
- c) om te beslissen wanneer de procedure moet onderbroken worden
- d) om procedures te optimaliseren